

Zapisnik 31. seje RSK za dermatovenerologijo 11.09.2025 z začetkom ob 19.00 (preko spletnega vmesnika).

Prisotni: Mateja Dolenc Voljč, Nada Kecelj Leskovec, Pij Marko, Mirjam Rogl Butina, Katarina Trčko Tanja Planinšek Ručigaj se je opravičila.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 30. seje RSK.
2. Zaposilo za podajo strokovnega stališča oziroma mnenja glede uporabe laserjev pri zavezanecih: št. 09102 - 6 / 2025-52, 09102-6/2025-45, 09102-6/2025-58 in 09102-6/2025-62.
3. Obravnava predloga glede zdravljenja lipedema.
4. Zaposilo za strokovno mnenje Razširjenega strokovnega kolegija glede vsebine Priročnika o zdraviliškem zdravljenju; št. 180-108/2025-DI/1.
5. Razno.

Zapisnik:

ad1) Zapisnik 30.seje RSK je soglasno potrjen

ad2) Strokovno stališče glede uporabe laserjev je RSK za DV podal že večkrat in ga ne spreminja. Dr. Trčkova ga bo ponovno posredovala ZIRS (Priloga).

ad3) RSK je mnenja, da je smiselno razvrstiti lipedem po stopnjah oz. kategorijah in za posamezno stopnjo opredeliti terapevtske možnosti ter kriterije, po katerih se oceni opravičenost posegov v breme ZZZS. Dr. Kecelj Leskovec bo pripravila strokovna priporočila. Predlagamo, da se oblikuje interdisciplinarna komisija, ki bo bolnike obravnavala individualno.

ad4) Obravnavali smo Priročnik o zdraviliškem zdravljenju (v nadaljevanju ZZ) in imamo naslednje predloge:

- da se doda možnost zdraviliškega zdravljenja otrok z zmerno ali hudo obliko atopijskega dermatitisa
- da se doda možnost zdraviliškega zdravljenja bolnikov s hujšimi oblikami motenj keratinizacije
- da se doda možnost zdraviliškega zdravljenja bolnikov, za katere je dermatološki konzilij presodil, da bo zdravljenje ugodno vplivalo na potek bolezni in priporočili
- da ZZ za bolnike s psoriazo, ki prejemajo BZ ni primerno, če je kožno stanje izboljšano, če pa gre ob BZ še vedno za hudo obliko bolezni, se ravnamo po pravilih, ki veljajo za bolnike, ki so brez BZ.
- da je ZZ za bolnike z malignimi kožnimi tumorji smiselno pri osebah, ki imajo po operativnih posegih kontrakturo in/ali limfedem

V ostalem se strinjamo z naborom bolezni/stanj, ki so navedeni v Priročniku za ZZ.

ad5) Potrjujemo čistopis seznama magistralnih zdravil za dermalno uporabo, ki ga je poslal ZZZS.

Zapisala Mirjam Rogl Butina
Katarina Trčko, predsednica

Priloga.

1. Odgovor na dopis št. 09102-6/2025-52, z dne 14.7.2025

v zvezi z navedenimi napravami:

- Apilus, Senior 3G – odstranjevalec dlak,
- 2400W 4D Teclaser, 4 Wavelength Diode Laser Hair removal Machine,
- LUMEVO laser za odstranjevanje tattoojev in karbonski piling (LUMEVO MINI)
- Diodni laser TrisCAM I.C.E.,
- ND YAG Laser Tattoos Removal System, RY 580,
- Q-Switched ND YAG Laser - FG2014.

1. Ali se navedeni laserji štejejo za visokoenergetske naprave?

- 2400W 4D Teclaser, 4 Wavelength Diode Laser Hair removal Machine, LUMEVO laser za odstranjevanje tattoojev in karbonski piling (LUMEVO MINI), Diodni laser TrisCAM I.C.E., ND YAG Laser Tattoos Removal System, RY 580, Q-Switched ND YAG Laser - FG2014 spadajo med visokoenergijske laserske naprave (IEC razred 4) in zahtevajo stroge varnostne ukrepe: zaščita oči, usposobljen kader, ...
- Apilus Senior 3G je RF naprava (termoliza) – ni laser, je prav tako zahtevna glede varnosti.

2. Kdo je z vidika strokovne usposobljenosti upravičen do njihove uporabe?

- Zdravnik specialist (dermatolog, plastični/maksilofacialni kirurg ipd.) – DA, samostojno, ob dokazljivem usposabljanju za laserje
- Drug zdravnik (npr. splošni) – DA, če ima ustrezna dodatna usposabljanja in deluje v zdravstveni dejavnosti z ustreznimi varnostnimi ukrepi.
- Dipl. medicinska sestra / tehnik – DA, pod neposrednim nadzorom zdravnika (zdravnik postavi indikacijo/parametre in je prisoten v ustanovi).
- Fizioterapevt – pogojno, kadar gre za medicinske indikacije v okviru zdravstvene dejavnosti in zdravniškega nadzora + usposabljanje za laserje.
- Kozmetolog/kozmetičarka – NE za Class 4 laserje
- Apilus Senior 3G (RF elektroliza) – lahko izvaja usposobljena kozmetičarka, z aseptiko in upoštevanjem kontraindikacij (npr. srčni spodbujevalnik → posvet z zdravnikom).

2. Odgovor na dopis št. 09102-6/2025-45, z dne 9.7.2025

1. Ali se navedeni laserji štejejo za visokoenergetske naprave?

Vse navedene naprave v dopisu spadajo med visokoenergijske laserske naprave (IEC razred 4).

2. Kdo je z vidika strokovne usposobljenosti upravičen do njihove uporabe?

- Zdravnik specialist (dermatolog, plastični/maksilofacialni kirurg ipd.) in zdravstveno osebje.

3. Odgovor na dopis št. 09102-6/2025-58, z dne 11. 8. 2025

v zvezi z navedenimi napravami:

- diodni laser za odstranjevanje dlak MK17;
- 6D Cryolipo laser shape system;
- Cryo-T Elephant,

1. Ali se navedeni laserji štejejo za visokoenergetske naprave?

Diodni laser za odstranjevanje dlak (MK17) → DA, visokoenergijski (IEC Class 4)

6D Cryolipo Laser Shape System → NE, ni visokoenergijski laser: Gre za kozmetično napravo z nizko lasersko močjo, ne za Class 4, izvaja pa se kriptoliza (-10 do $+4$ °C).

Cryo-T Elephant → ni laser (lokalna krioterapija s tekočim dušikom; ~ -120 do -160 °C). Je visokorizična za ozeblino, zato so potrebni protokoli in merjenje kožne temperature.

2. Kdo je z vidika strokovne usposobljenosti upravičen do njihove uporabe?

Zdravnik ali zdravstveni delavec.

4. Odgovor na dopis št. 09102-6/2025-62, z dne 10.9.2025

V zvezi z navedenimi napravami:

- Super Pico HD YAG Q

1. Ali se navedeni laserji štejejo za visokoenergetske naprave?

Naprava spada med visokoenergijske laserje (IEC razred 4)

Karbonski piling s Super Pico HD YAG/Q-switched spada med zdravstvene dejavnosti, saj se uporablja z visokoenergijskim laserjem in zato ga lahko izvaja le zdravstveno osebje.

