

7. 6. 2021																	
Šifra za CRPP	Je na seznamu medsebojno primerljivih testov EK		Naziv za prikaz v šifrantu	Proizvajalec	Komerčno ime	Tip vzorca	Podatki proizvajalca			Podatki proizvajalca			JRC baza	Seznam BfArM	Država proizvajalca/Ponudnik		
	Ustreza kriterijem strokovne skupine						občutljivost %	95 % interval zaupanja	specifičnost %	95 % interval zaupanja							
B060	NE	DA	SARS-COV-2 Antigen Rapid Test Kit (colloidal gold)/Wuhan Uns	Wuhan Unscience Biotechnology Co., Ltd.	SARS-COV-2 Antigen Rapid Test Kit (colloidal gold)	bN, bNF, bOF	96,3	90,9 - 98,9	99,6	97,6 - 99,9	da	da	Kitajska/Labena d.o.o., Samal d.o.o.				
B065	NE	NE	ZandCell COVID-19 Rapid Antigen Test (hypersensitive colloida	ZandCell AB	ZandCell COVID-19 Rapid Antigen Test (hypersensitive colloidal gold)	sputum	91,7	NP	99,6	NP	ne	ne	Švedska/Prima Dent d.o.o.				
B008	NE	NP	COVID-19 Antigen Rapid Test/Zhejiang Anji Saianfu Biotech. Co	Zhejiang Anji Saianfu Biotech. Co.	COVID-19 Antigen Rapid Test	NP	NP	NP	NP	NP	ne	ne	Kitajska/Zoja d.o.o.				
B087	NE	DA	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/Zhuhai Encode Medical Engine	Zhuhai Encode Medical Engineering	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	bN/OF	96,5	93,1 - 99,9	100,0	99,8 - 100	da	da	Kitajska/Novellia d.o.o.				
B087	NE	NE	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/Zhuhai Encode Medical Engine	Zhuhai Encode Medical Engineering	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	bN	94,7	90,6 - 98,8	100,0	99,8 - 100	da	da	Kitajska/Novellia d.o.o.				
B087	NE	NE	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/Zhuhai Encode Medical Engine	Zhuhai Encode Medical Engineering	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	slina	93,9	89,4 - 98,3	100,0	99,8 - 100	da	da	Kitajska/Novellia d.o.o.				
B070	NE	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/Zhuhai Lituo E	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)	bOF	96,0	92,9 - 97,8	99,2	97,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/MojPlanet d.o.o.				
B070	NE	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/Zhuhai Lituo E	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)	bNF	96,8	93,8 - 98,4	99,2	93,8 - 98,4	da	ne	Kitajska/MojPlanet d.o.o.				
B070	NE	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/Zhuhai Lituo E	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)	bN	95,2	91,9 - 97,2	99,2	93,8 - 98,4	da	ne	Kitajska/MojPlanet d.o.o.				
B071	NE	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S/Zhuh	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S	bOF	96,4	94,1 - 97,8	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/Sanolabor d.o.o.				
B071	NE	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S/Zhuh	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S	bNF	96,9	94,7 - 98,2	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/Sanolabor d.o.o.				
B071	NE	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S/Zhuh	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S	bN	95,9	93,6 - 97,5	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/Sanolabor d.o.o.				
B071	NE	NE	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S/Zhuh	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S	slina	93,3	90,4 - 95,3	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/Sanolabor d.o.o.				
B078	NE	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071 brez oznake Model S)	bOF	96,4	94,1 - 97,8	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/SPG-SOL Plini Gorenjska d.o.o.				
B078	NE	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071 brez oznake Model S)	bNF	96,9	94,7 - 98,2	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/SPG-SOL Plini Gorenjska d.o.o.				
B078	NE	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071 brez oznake Model S)	bN	95,9	93,6 - 97,5	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/SPG-SOL Plini Gorenjska d.o.o.				
B078	NE	NE	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071 brez oznake Model S)	slina	93,3	90,4 - 95,3	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/SPG-SOL Plini Gorenjska d.o.o.				
						bN-bris nosu											
						bNF- bris nazofarinksa											
						bOF-bris orofarinksa											
						resp-respiratorni vzorci											