

17. 6. 2021															
Šifra za CRPP	Ustreza kriterijem strokovne skupine	Naziv za prikaz v šifrantu	Proizvajalec	Komerčno ime	Tip vzorca	Podatki proizvajalca		Podatki proizvajalca		JRC baza	Seznam BfArM	Država proizvajalca/Ponudnik			
						občutljivost %	95 % interval zaupanja	specifičnost %	95 % interval zaupanja						
B030	DA	COVID-VIRO® Rapid Antigen Test/AAZ-LMB	AAZ-LMB	COVID-VIRO® Ag Rapid Test	bNF	95,8	93,3 - 99,8	100,0	100	da	ne	Francija/AstraVita d.o.o., Hemamed d.o.o.			
B072	NE	Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device/Abbott	Abbott	Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device	bNF	91,4	85,5 - 95,5	99,8	96,2 - 100	da	da	NP/donacija Evropske komisije			
B053	DA	Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/ACON Biotech Co., Ltd	ACON Biotech Co., Ltd.	Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	bN	97,1	83,8 - 99,9	99,6	97,5 - 99,9	da	da	Kitajska, ZDA/Geneplanet d.o.o., Svila d.o.o.			
B002	DA	ACRO COVID-19 Antigen Rapid Test/ACRO Biotech, Inc.	ACRO Biotech, Inc.	ACRO COVID-19 Antigen Rapid Test	bNF	97,7	NP	99,0	NP	ne	ne	ZDA/Hermes Analytica d.o.o.			
B055	DA	AESKU.RAPID SARS-CoV-2 Rapid Test/AESKU.DIAGNOSTICS GmbH	AESKU.DIAGNOSTICS GmbH & Co, KG	AESKU.RAPID SARS-CoV-2 Rapid Test	bN	96,0	91 - 99	98,0	95 - 99	ne	da	Nemčija/TOPMEDICUS d.o.o.			
B003	DA	AMP Rapid test SARS-CoV-2 Ag/Ameda Laboriagnostik GmbH	Ameda Laboriagnostik GmbH	AMP Rapid test SARS-CoV-2 Ag (Colloidal Gold)	bNF, bOF, bN	97,3	90,0 - 99,8	100,0	96,6 - 100	da	da	Avstrija/TOPMEDICUS d.o.o.			
B056	DA	NOVA test® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold)	Atlas-Link (Beijing) Technology Ltd.	NOVA test® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold)	bNF	97,6	91,7 - 99,3	99,2	97,4 - 99,8	ne	da	Kitajska/Inter KOOP d.o.o.			
B021	NE	SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/Avioq Bio-Tech Co.	Avioq Bio-Tech Co.	SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal gold)	bNF	86,7	73,2 - 94,9	100,0	96,9 - 100	ne	ne	Kitajska/Majbert Pharm d.o.o.			
B017	DA	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test/Beijing Hotgen Biotech Co.	Beijing Hotgen Biotech Co.	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)	bNF	96,6	93,1 - 98,6	99,8	98,6 - 99,9	ne	da	Kitajska/TOPMEDICUS d.o.o.			
B077	DA	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)-saliva	Beijing Hotgen Biotech Co.	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)-saliva	sputum, slina	96,0	91 - 98	99,8	98,8 - 99,9	da	da	Kitajska/TOPMEDICUS d.o.o.			
B046	DA	SARS-COV-2 Rapid Ag test (Colloidal Gold)/Beijing LEPU Medical Technology Co.	Beijing LEPU Medical Technology Co.	SARS-COV-2 Rapid Ag test (Colloidal Gold)	bN	95,1	88,2 - 96,6	99,6	97,9 - 99,9	da	da	Kitajska/Slia Marketing d.o.o., MojPlanet d.o.o.			
B057	DA	2019-nCoV Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)/Beijing LEPU Medical Technology Co.	Beijing LEPU Medical Technology Co.	2019-nCoV Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)	bN, bNF	95,1	91,6 - 97,1	99,6	97,9 - 99,9	da	da	Kitajska/SALUS d.o.o.			
B047	DA	Biotical SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test/Biotical Health	Biotical Health	Biotical SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test	bNF	96,3	81 - 99,9	99,6	97,6 - 99,9	ne	ne	Španija/Sanolabor d.o.o.			
B058	NE	Rapid Response COVID-19 Antigen Rapid Test Device/BTNX, Inc.	BTNX, Inc.	Rapid Response COVID-19 Antigen Rapid Test Device	bNF, bOF	94,5	83,9 - 98,6	100,0	97,1 - 100	da	da	Kanada/Prima Dent d.o.o.			
B036	NE	CerTest SARS-CoV-2 Antigen Test Card/CerTest Biotec S.L.	CerTest Biotec S.L.	CerTest SARS-CoV-2 Antigen Test Card	bNF	92,9	76,5 - 99,1	99,6	97,6 - 100	da	da	Španija/IRIS d.o.o.			
B045	DA	COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal gold)/Chongqing Novegent Biotech Co.	Chongqing Novegent Biotech Co.	COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal gold)	Resp, bNF, bOF	98,3	90,9 - 99,9	99,2	95,5 - 99,9	da	da	Kitajska/Geneplanet d.o.o.			
B037	DA	COVID-19 Rapid Antigen Test/Citest Diagnostics Inc.	Citest Diagnostics Inc.	COVID-19 Antigen Rapid Test	bNF	96,4	89,8 - 99,2	99,2	95,5 - 99,9	da	ne	Kanada/MojPlanet d.o.o.			
B037	NE	COVID-19 Antigen Rapid Test/Citest Diagnostics Inc.	Citest Diagnostics Inc.	COVID-19 Antigen Rapid Test	bN	92,9	84,1 - 97,6	>99,9	94,0 - 100	da	ne	Kanada/MojPlanet d.o.o.			
B059	DA	Core tests™ COVID-19 Ag Test/Core Technology Co., Ltd.	Core Technology Co., Ltd.	Core tests™ COVID-19 Ag Test	bNF	98,1	NP	99,6	NP	da	da	Kitajska/Hemamed d.o.o.			
B059	DA	Core tests™ COVID-19 Ag Test/Core Technology Co., Ltd.	Core Technology Co., Ltd.	Core tests™ COVID-19 Ag Test	bN	98,1	NP	99,2	NP	da	da	Kitajska/Hemamed d.o.o.			
B013	DA	DEDIATEST 2019-nCoV-2 Antigen Rapid Test/Devidia GmbH, W	Devidia GmbH	DEDIATEST 2019-nCoV-2 Antigen Rapid Test	bNF	96,5	92,6 - 98,7	99,5	97,2 - 99,9	ne	da	Nemčija/Garex d.o.o.			
B061	NE	COVID-19 Antigen detection (colloidal gold)/DNA Diagnostic A	DNA Diagnostic A/S	COVID-19 Antigen detection (colloidal gold)	bN	93,7	89,9 - 97,7	99,6	98,7 - 100	ne	ne	Danska/Rebound Capital Advisory (DK)			
B062	DA	Edinburgh Genetics ActivXpress COVID-19 Antigen Complete Test	Edinburgh Genetics Ltd.	Edinburgh Genetics ActivXpress COVID-19 Antigen Complete Testing kit	bNF	97,3	93,7 - 99,1	99,6	97,9 - 99,9	da	da	UK/Prima Dent d.o.o.			
B073	DA	Edinburgh Genetics ActivXpress COVID-19 Antigen Complete Test	Edinburgh Genetics Ltd.	Edinburgh Genetics ActivXpress COVID-19 Antigen Complete Testing kit	bOF	95,6	91,6 - 98	99,2	97,3 - 99,9	da	da	UK/Prima Dent d.o.o.			
B073	DA	Edinburgh Genetics ActivXpress COVID-19 Antigen Complete Test	Edinburgh Genetics Ltd.	Edinburgh Genetics ActivXpress COVID-19 Antigen Complete Testing kit	bN	96,1	92,3 - 99,9	99,2	97,3 - 99,9	da	da	UK/Prima Dent d.o.o.			
B038	DA	EBS SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/Eurobio Scientific	Eurobio Scientific	EBS SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	bNF	95,0	86,3 - 98,3	99,1	96,6 - 99,7	ne	ne	Francija/Biospectra d.o.o.			
B014	NE	ESPLINE SARS-CoV-2 /Fujirebio	Fujirebio Inc.	ESPLINE® SARS-CoV-2	bNF	80,6	69,1 - 88,6	100,0	96,3 - 100	ne	da	Japonska/PROBO d.o.o.			
B034	NE	WESAIL COVID-19 Antigen Test/Guangdong WESAIL Biotech Co.	Guangdong WESAIL Biotech Co.	WESAIL COVID-19 Antigen Test	bN, bNF	90,0	78,3 - 95,7	98,0	97,9 - 99,7	da	da	Kitajska/Geneplanet d.o.o.			
B078	DA	2019-nCoV antigen test (lateral flow method)/Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.	Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.	2019-nCoV antigen test (lateral flow method)	slina, izmeček	97,5	92,9 - 99,5	99,5	98,1 - 99,9	da	da	Kitajska/Freyherr Pharma d.o.o.			
B080	DA	2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card/Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.	Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd.	2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card	slina	95,6	90,2 - 98,1	98,4	94,5 - 99,6	da	da	Kitajska/Advamed d.o.o., DTM Natura d.o.o.			
B007	DA	COVID-19 Antigen Rapid Test/Hangzhou Alltest Biotech Co.	Hangzhou Alltest Biotech Co.	COVID-19 Antigen Rapid Test (nasopharyngeal swab)	bNF	96,4	89,8 - 99,2	99,2	95,5 - 99,9	da	da	Kitajska/Mikro+Polo d.o.o., Axon Lab d.o.o.			
B082	NE	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab)/Hangzhou Alltest Biotech Co.	Hangzhou Alltest Biotech Co.	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab)	bN	93,4	90,0 - 95,8	> 99,9	99,5 - 100	da	da	Kitajska/Mikro+Polo d.o.o.			
B083	NE	COVID-19 Antigen Rapid Test (Saliva)/Hangzhou Alltest Biotech Co.	Hangzhou Alltest Biotech Co.	COVID-19 Antigen Rapid Test (Saliva)	slina	90,1	82,5 - 95,1	99,3	97,7 - 99,9	da	da	Kitajska/Mikro+Polo d.o.o.			
B048	NE	Clungene COVID-19 Rapid Antigen Test/Hangzhou Clongene Biotechnology Co.	Hangzhou Clongene Biotech Co.	Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette	bNF, bOF	91,4	82,5 - 96	100,0	98,2 - 100	da	da	Kitajska/MedicIA d.o.o.			
B074	DA	Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab)	Hangzhou Realy Tech Co., Ltd.	Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab)	bNF, bOF	96,2	92,5 - 98,2	>99,9	98,9 - 100	da	da	Kitajska/MF plus d.o.o.			
B054	DA	Singclean Covid-19 Test Kit (Colloidal Gold)/Hangzhou Singclean Medical Products Co.	Hangzhou Singclean Medical Products Co.	Singclean Covid-19 Test Kit (Colloidal Gold)	bN	98,6	95,9 - 99,5	99,0	97,2 - 99,7	da	da	Kitajska/CTD d.o.o.			
B033	DA	Rapid COVID-19 Antigen Test/Healgen Scientific LLC	Healgen Scientific LLC	Clinitest Rapid COVID-19 Antigen Test	bNF	98,3	94,1 - 99,8	99,6	98,8 - 99,9	da	da	ZDA/Geneplanet d.o.o., Siemens Healthcare d.o.o.			
B033	DA	Rapid COVID-19 Antigen Test/Healgen Scientific LLC	Healgen Scientific LLC	Clinitest Rapid COVID-19 Antigen Test	bN	97,2	92,2 - 9,4	100,0	97,2 - 100	da	da	ZDA/Geneplanet d.o.o., Siemens Healthcare d.o.o.			
B029	DA	CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test/Siemens Healthineers	Healgen Scientific LLC	CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test	bNF	96,7	88,6 - 99,6	99,2	97,2 - 99,9	da	da	ZDA/Interexport do.o.o			
B010	DA	COVID-19 Antigen test/Humasis Co, Ltd.	Humasis Co, Ltd.	COVID-19 Ag test	bNF	95,4	86,7 - 100	100,0	83,9 - 100	da	da	Južna Koreja/Venturia d.o.o.			
B049	DA	COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal gold)/Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd.	Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal gold)	bNF	96,1	88,9 - 99,2	98,1	95,3 - 99,5	da	da	Kitajska/Sanolabor d.o.o.			
B049	DA	COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal gold)/Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd.	Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal gold)	bN	96,1	90,3 - 98,9	99,2	97,9 - 99,8	da	da	Kitajka/Sanolabor d.o.o.			
B049	DA	COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal gold)/Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd.	Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal gold)	slina iz žrela	96,1	90,3 - 98,9	99,0	97,7 - 99,7	da	da	Kitajska/Sanolabor d.o.o.			
B084	DA	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold)/Joysbio (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.	Joysbio (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold)	bN	98,1	93,4 - 99,8	p99,2	97,7 - 99,8	da	da	Kitajska			
B022	DA	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit/Labnovation Technologies, Inc.	Labnovation Technologies, Inc.	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit	bNF, bOF	97,0	91,5 - 99,4	99,0	95,7 - 99,3	da	da	Kitajska/Pharmamed-Mado, d.o.o.			
B063	DA	COVID-19 Antigen Test kit (Dry fluorescence immunoassay)/Lansion Biotechnology Co., Ltd.	Lansion Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Test kit (Dry fluorescence immunoassay)	bN	95,0	NP	99,1	NP	da	ne	Kitajska/Lifetest.ch by CTSC AG (CH)			
B066	DA	SARS-CoV-2 Nucleocapsid (N) Antigen Rapid Test Cassette/LiClear Biotech Co., Ltd.	LiClear Biotech Co., Ltd.	SARS-CoV-2 Nucleocapsid (N) Antigen Rapid Test Cassette	bNF	95,1	NP	99,3	NP	ne	ne	Kitajska/Commerce trgovina d.o.o.			
B066	DA	COVID-19 Ag Rapid Saliva Test Device/LiClear Biotech Co., Ltd.	LiClear Biotech Co., Ltd.	COVID-19 Ag Rapid Saliva Test Device	slina	97,1	85,5 - 99,5	>99	99,1 - 100	ne	ne	Kitajska/Commerce trgovina d.o.o.			
B050	NE	SARS-CoV-2 N-protein Antigen Rapid Test /Lomina Superbio a.s.	Lomina Superbio a.s.	SARS-CoV-2 N-protein Antigen Rapid Test	bOF	90,4	85,2 - 94,2	97,1	95,3 - 98,4	da	ne	Švica/Meditrina d.o.o.			
B019	DA	QuickProfile COVID-19 Antigen Test/LumiQuick Diagnostics	LumiQuick Diagnostics	QuickProfile COVID-19 Antigen Test	bNF	96,0	92,6 - 99,4	99,2	98,4 - 99,9	da	da	USA/Commerce trgovina d.o.o.			
B015	DA	LumiraDx SARS-Cov-2 Ag Test/LumiraDx	LumiraDx	LumiraDx™ SARS-Cov-2 Ag Test	bN	97,6	91,6 - 99,3	97,7	92,7 - 98,4	da	da	UK/Maritim d.o.o.			
B035	DA	SARS-CoV-2 Rapid antigen Test Cassette (Colloidal Gold)/Merlin Biomedical (Xiamen), Ltd.	Merlin Biomedical (Xiamen), Ltd.	SARS-CoV-2 Rapid antigen Test Cassette (Colloidal Gold)	bN, bNF	95,0	88,9 - 97,9	98,9	94,5 - 99,8	ne	da	Kitajska/Nano medicina d.o.o.			
B051	DA	NADAL® COVID-19 Ag Test/Nal von minden	Nal von minden	NADAL® COVID-19 Ag Test	bNF, bOF	97,6	93,1 - 99,2	99,9	97,7 - 100	da	da	Nemčija/Axon Lab d.o.o., IRIS d.o.o., Planet M d.o.o.			
B067	NP	SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal gold-based)/Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd.	Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd.	SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal gold-based)	bNF	NP	NP	NP	NP	ne	da	Kitajska/Pharmatech d.o.o.			
B067	DA	Novel coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (colloidal gold)	Nanjing Norman Biological Technology Co., Ltd.	Novel coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (colloidal gold)	bNF, bOF	95,7	88,2 - 96,6	99,3	97,9 - 99,8	ne	da	Kitajska/Alpinetrade d.o.o.			
B018	NE	PCL COVID 19 Ag Rapid FIA/PCL	PCL	PCL COVID 19 Ag Rapid FIA	bNF, bOF	88,7	NP	98,6	NP	da	ne	Južna Koreja/CARDIO MEDICAL d.o.o.			
B031	NE	Exdia COVID-19 Ag/Precision Biosensor Inc.	Precision Biosensor Inc.	Exdia COVID-19 Ag	bNF	93,9	83,5 - 97,9	98,0	89,5 - 99,6	da	da	Južna Koreja/Axon Lab d.o.o.			
B001	NE	2019-nCoV Antigen Device/Prestige Diagnostics	Prestige Diagnostics UK Ltd.	2019-nCoV Antigen Device	bNF	90,9	83,2 - 99,7	99,1	97,8 - 99,9	da	ne	UK (S Irska)/Meditrade d.o.o.			
B085	DA	Rapid Test Ag 2019-nCoV/ProGnosis Biotech	ProGnosis Biotech	Rapid Test Ag 2019-nCoV	bN	98,6	95 - 99,8	99,7	98,6 - 99,9	da	da	Grcija/V.I.A. d.o.o.			
B085	DA	Rapid Test Ag 2019-nCoV/ProGnosis Biotech	ProGnosis Biotech	Rapid Test Ag 2019-nCoV	bNF	95,6	90,6 - 98,3	99,6	98,5 - 99,9	da	da				
B025	DA	Sofia SARS Antigen FIA/Quidel Corp.	Quidel Corp.	Sofia SARS Antigen FIA	bN, bNF	96,7	83,3 - 99,4	100,0	97,9 - 100	da	da	ZDA/Genos d.o.o.			
B004	NE	BIOCREDIT COVID-19 Ag/RapiGEN Inc.	RapiGEN Inc.	BIOCREDIT COVID-19 Ag	bNF	90,2	80 - 96	100,0	100	da	ne	Južna Koreja/Meditra d.o.o., Makom d.o.o., Dipros d.o.o.			
B052	DA	SALOCOR SARS-CoV-2 /Salofa Oy	Salofa Oy	SALOCOR SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette(COV-062S)	bNF	95,9	91,3 - 98,1	98,9	97,4 - 99,5	ne	ne	Finska/Resit d.o.o.			
B052	DA	SALOCOR SARS-CoV-2 /Salofa Oy	Salofa Oy	SALOCOR SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette	slina	95,0	75,1 - 99,9	>99,9	97,8 - 100	ne	ne	Finska/Resit d.o.o.			
B024	DA	ScheBo® SARS-CoV-2 Quick™ Antigen/ScheBo® Biotech AG	ScheBo® Biotech AG	ScheBo® SARS-CoV-2 Quick™ Antigen	serum	96,7	NP	98,4	NP	da	da	Nemčija/TOPMEDICUS d.o.o.			
B024	DA	ScheBo® SARS-CoV-2 Quick™ Antigen/ScheBo® Biotech AG	ScheBo® Biotech AG	ScheBo® SARS-CoV-2 Quick™ Antigen	bNF	97,6	NP	99,6	NP	da	da	Nemčija/TOPMEDICUS d.o.o.			
B068	DA	COVID-19 Antigen Rapid Test (nasopharyngeal swab)/Screen Italia S.r.l.	Screen Italia S.r.l.	COVID-19 Antigen Rapid Test (nasopharyngeal swab)	bNF	96,4	89,8 - 99,2	99,2	95,5 - 99,9	da	ne	Italija/Blumed d.o.o.			
B075	NE	Screen Test COVID-19 Antigen Rapid Test (oral fluid)/Screen Italia S.r.l.	Screen Italia S.r.l.	Screen Test COVID-19 Antigen Rapid Test (oral fluid)	slina	90,1	82,5 - 95,1	99,3	97,7 - 99,9	da	ne	Italija/Blumed d.o.o.			
B076	DA	COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test (nasopharyngeal swab)/Screen Italia S.r.l.	Screen Italia S.r.l.	COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test (nasopharyng. swab)	bNF	96,4	89,8 - 99,2	99,2	95,5 - 99,9	ne	ne	Italija/Blumed d.o.o.			
B041	DA	Standard Q COVID-19 Ag Test/SD Biosensor Inc.	SD Biosensor Inc.	Standard Q COVID-19 Ag Test	bNF	96,5	91,3 - 99	99,7	98,2 - 99,9	da	da	Južna Koreja/Roche d.o.o., Labena d.o.o.			
B042	DA	SARS-CoV-2 Antigen test Kit (colloidal gold)/Shenzen Ultra-Diagnostics	Shenzen Ultra-Diagnostics Biotech Co.	SARS-CoV-2 Antigen test Kit (colloidal gold)	bNF, bOF, slina	95,9	89,8 - 96,9	>99,9	97,6 - 100,3	ne	ne	Kitajska/Majbert Pharm d.o.o.			
B081	DA	GLINE-2019-nCoV Ag/Shenzen YHLO Biotech Co., Ltd.	Shenzen YHLO Biotech Co., Ltd.	GLINE-2019-nCoV Ag	bNF, bN	96,5	91,3 - 99	99,2	97,8 - 99,8	da	da	Kitajska/VI vis d.o.o.			
B011	DA	COVID-19 antigen Test Cassette/SureScreen Diagnostics	SureScreen Diagnostics	COVID-19 antigen Test Cassette	bNF	95,0	83,1 - 98,4	>99,9	99,1 - 100	da					

17. 6. 2021												
Šifra za CRPP	Ustreza kriterijem strokovne skupine	Naziv za prikaz v šifrantu	Proizvajalec	Komercialno ime	Tip vzorca	Podatki proizvajalca	Podatki proizvajalca	JRC baza	Seznam BfArM	Država proizvajalca/Ponudnik		
						občutljivost %	95 % interval zaupanja	specifičnost %	95 % interval zaupanja			
B069	DA	VivaDiag™Pro SARS-CoV-2 Rapid Test/VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	VivaDiag™Pro SARS-CoV-2 Rapid Test	bN, bNF, bOF	97,1	93,4 - 98,7	100,0	99,1 - 100	da	da	Kitajska/Tehmed d.o.o.
B064	DA	VivaDiag™Wellion COVID-19 Rapid Ag Test/VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	VivaDiag™Wellion COVID-19 Rapid Ag Test	bN	95,4	90,9 - 97,8	>99,9	99,1 - 100	da	da	Kitajska/MED TRUST d.o.o.
B064	DA	VivaDiag™Wellion COVID-19 Rapid Ag Test/VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	VivaDiag™Wellion COVID-19 Rapid Ag Test	bNF, bOF	95,6	90,2 - 98,1	>99,9	98,6 - 100	da	da	Kitajska/MED TRUST d.o.o.
B060	DA	SARS-COV-2 Antigen Rapid Test Kit (colloidal gold)/Wuhan Unscience Biotechnology Co., Ltd.	Wuhan Unscience Biotechnology Co., Ltd.	SARS-COV-2 Antigen Rapid Test Kit (colloidal gold)	bN, bNF, bOF	96,3	90,9 - 98,9	99,6	97,6 - 99,9	da	da	Kitajska/Labena d.o.o., Samal d.o.o.
B065	NE	ZandCell COVID-19 Rapid Antigen Test (hypersensitive colloidal gold)	ZandCell AB	ZandCell COVID-19 Rapid Antigen Test (hypersensitive colloidal gold)	sputum	91,7	NP	99,6	NP	ne	ne	Švedska/Prima Dent d.o.o.
B008	NP	COVID-19 Antigen Rapid Test/Zhejiang Anji Saianfu Biotech. Co.	Zhejiang Anji Saianfu Biotech. Co.	COVID-19 Antigen Rapid Test	NP	NP	NP	NP	NP	ne	ne	Kitajska/Zoja d.o.o.
B087	DA	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/Zhuhai Encode Medical Engineering	Zhuhai Encode Medical Engineering	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	bN/OF	96,5	93,1 - 99,9	100,0	99,8 - 100	da	da	Kitajska/Novelia d.o.o.
B087	NE	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/Zhuhai Encode Medical Engineering	Zhuhai Encode Medical Engineering	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	bN	94,7	90,6 - 98,8	100,0	99,8 - 100	da	da	Kitajska/Novelia d.o.o.
B087	NE	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/Zhuhai Encode Medical Engineering	Zhuhai Encode Medical Engineering	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	slina	93,9	89,4 - 98,3	100,0	99,8 - 100	da	da	Kitajska/Novelia d.o.o.
B070	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)	bOF	96,0	92,9 - 97,8	99,2	97,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/MojPlanet d.o.o.
B070	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)	bNF	96,8	93,8 - 98,4	99,2	93,8 - 98,4	da	ne	Kitajska/MojPlanet d.o.o.
B070	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)/Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)	bN	95,2	91,9 - 97,2	99,2	93,8 - 98,4	da	ne	Kitajska/MojPlanet d.o.o.
B071	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S/Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S	bOF	96,4	94,1 - 97,8	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/Sanolabor d.o.o.
B071	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S/Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S	bNF	96,9	94,7 - 98,2	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/Sanolabor d.o.o.
B071	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S/Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S	bN	95,9	93,6 - 97,5	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/Sanolabor d.o.o.
B071	NE	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S/Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model S	slina	93,3	90,4 - 95,3	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/Sanolabor d.o.o.
B078	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071)	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071 brez oznake Model S)	bOF	96,4	94,1 - 97,8	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/SPG-SOL Plini Gorenjska d.o.o.
B078	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071)	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071 brez oznake Model S)	bNF	96,9	94,7 - 98,2	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/SPG-SOL Plini Gorenjska d.o.o.
B078	DA	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071)	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071 brez oznake Model S)	bN	95,9	93,6 - 97,5	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/SPG-SOL Plini Gorenjska d.o.o.
B078	NE	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071)	Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) (isto kot B071 brez oznake Model S)	slina	93,3	90,4 - 95,3	99,5	98,2 - 99,8	da	ne	Kitajska/SPG-SOL Plini Gorenjska d.o.o.
Seznam medsebojno (EU) priznanih HAGT:												
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf												