



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

URAD RS ZA MEROSLOVJE

Tkalska ulica 15, 3000 Celje

T: 03 428 07 50

F: 03 428 07 60

E: gp.mirs@gov.si

www.mirs.gov.si

Štev.: 06110-109/2015-2

Datum: 31.3.2015

Urad RS za meroslovje (v nadaljevanju: Urad) izdaja na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 UPB1, v nadaljevanju: zakon) po uradni dolžnosti, v postopku inšpekcijskega nadzora nad uporabo meril **zoper**

_____, ki ga v postopku zastopa _____ (v nadaljevanju: zavezanec), naslednjo

ODLOČBO

1. Do odprave pomanjkljivosti se zavezancu prepove uporabo naslednjih meril:

- a. vrsta merila: Merilniki krvnega tlaka, e-sphyg, model 2002, oznaka odobritve tipa: CE 0197, proizvajalec: ADC, tovarniška številka: _____, veljavnost overitve: 31.12.2009.
Zavezanec uporablja merilo za katerega ni zagotovil redne ali izredne overitve.
- b. vrsta merila: Merilniki krvnega tlaka, /, oznaka odobritve tipa: CE 0123, proizvajalec: SK Welch Allyn, tovarniška številka: _____, veljavnost overitve: 31.12.2004.
Zavezanec uporablja merilo za katerega ni zagotovil redne ali izredne overitve.
- c. vrsta merila: Neavtomatska tehnična, 764, oznaka odobritve tipa: D05-09-016, proizvajalec: SECA, tovarniška številka: _____, veljavnost overitve: 31.1.2014.
Zavezanec uporablja merilo, za katerega je nehala veljati oznaka redne oziroma izredne overitve oziroma potrdilo o skladnosti merila s predpisi.

2. Stroškov postopka ni bilo.

3. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Obrazložitev

Pooblaščen uradna oseba Urada _____ je pri izvajanju nadzora nad merili v uporabi ugotovila, da so bila v prvi točki izreka te odločbe navedena merila neustrezna, ker niso imela veljavne overitvene oznake. S tem niso bili izpolnjeni pogoji za uporabo, kot to določata 9. in 11. člen zakona. Navedene ugotovitve so razvidne iz Zapisnika o nadzornem pregledu št. 06110-109/2015-1 z dne 31.3.2015

Zakon v 9. členu določa, da so lahko v Republiki Sloveniji dana v promet samo merila, ki izpolnjujejo zahteve zakona ter meroslovne in tehnične zahteve, ki so vsebovane v predpisih, izdanih na podlagi zakona in za katera je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanih načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti. Preden gredo merila v promet morajo biti označena, oziroma mora biti zanje izdana listina o skladnosti z meroslovnimi predpisi.

Merila v uporabi je treba uporabljati v skladu z zahtevami, pogoji in omejitvami, določenimi v listinah o skladnosti z meroslovnimi predpisi, ter v skladu z navodilom proizvajalca za uporabo.

V 11. členu pa zakon določa, da morajo imeti vsa merila z navezavo na etalone višje hierarhične stopnje zagotovljeno sledljivost vse do nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji ali do etalonov mednarodne ravni.

Merila, ki so v uporabi, morajo izpolnjevati:

- zahteve, skladne z odobrenim tipom, in predpisane meroslovne zahteve oziroma
- zahteve, skladne z odobrenim tipom, ali predpisane meroslovne zahteve.

Z odobrenim tipom se določi uporabnost merila. Izpolnjevanje meroslovnih zahtev pa se potrdi z redno overitvijo merila, ki jo mora zagotoviti njegov imetnik.

V skladu s 13. členom zakona preneha oznaka redne oziroma izredne overitve veljati:

- če poteče rok njene veljavnosti;
- če je spremenjena, poškodovana ali odstranjena;
- če je razveljavljena;
- če je bilo merilo popravljeno ali predelano.

Merilo, za katero je prenehala veljati oznaka redne oziroma izredne overitve, se ne sme več uporabljati.

V skladu s šestim odstavkom 19. člena zakona pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka.

Za pritožbo je treba poravnati upravno takso po tar. števil. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 ? UPB5) v znesku 18,12 eur na TRR št. 01100-1000315637 s sklicem 11 21326 - 7111002.

Ta odločba je na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah takse prosta.

Podpis in žig pooblaščenice uradne osebe:



Podpisani .. potrjujem prejem osebno vročene Odločbe št. 06110-109/2015-2 z dne 31.3.2015 s strani pooblaščenice uradne osebe Urada
inšpektorica dne TRINAJSTI MAREC (datum z besedo).
DIANE PETVAJST

Podpis prejemnika: