

**OVERITVENI ROKI ZA ZAKONSKA MERILA**

Vrsta merila	Rok overitve
MASA	
Neavtomatske tehtnice	2 leti (za <i>Max</i> > 9 ton: 1 leto)
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	1 leto
Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	1 leto
Avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov	2 leti
Avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja	2 leti
Avtomatske tehtnice za tehtanje premikajočih se tirnih vozil	2 leti
Tehtnica za gradbene namene	2 leti
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	1 leto
Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg	1 leto (za razred M2: 2 leti)
Uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg	1 leto
PROSTORNINA	
Gostinska posoda	Potrebna samo prva overitev
Merilne posode za tekočine	Potrebna samo prva overitev
Hladilne posode za mleko, mlekomeri in merilne posode	Mlekomeri: 2 leti, hlad. posode (bazeni): 5 let, ostale posode: 2 leti
Nepremični rezervoarji	10 let, možnost podaljšanja za 5 let ob pozitivnem kontrolnem preskusu za prostornine do 10.000 m ³
Vodomeri	5 let
Merilni sistemi za statično merjenje količin tekočin na premičnih merilnih rezervoarjih	2 leti
Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (razen merilnih sistemov za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil)	2 leti
Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil	1 leto, 2 leti pri MID merilih
Merilni sistemi za stisnjena plinasta goriva za vozila	2 leti
Mehovni plinomeri z največjim pretokom nad 10 m ³ /h	12 let
Mehovni plinomeri z največjim pretokom do vključno 10 m ³ /h	8 let
Turbinski in rotacijski plinomeri	10 let
Ostale vrste plinomerov	5 let
Korektorji plina	5 let
TOPLOTA	
Merilniki toplotne energije	5 let



Vrsta merila	Rok overitve
ELEKTRIČNA ENERGIJA	
Indukcijski števc, ki se priključijo direktno	12 let
Indukcijski števc, priključeni preko merilnega transformatorja	6 let
Statični števc, razredov 0,2 S, 0,5 S in C	6 let
Statični števc, električne energije	8 let, razen v primeru pregleda in preskusa reprezentativnega naključnega vzorca, ko se overitev podaljšuje po 4 leta do vključno 12 leta in po dve leti od 12 leta naprej.
Merilni transformatorji za električne števce	Potrebna samo prva overitev
TLAK	
Merilniki krvnega tlaka	2 leti
Merilniki tlaka v pnevmatikah	1 leto
SILA	
Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in prikl. vozilih	1 leto
DOLŽINA	
Dolžinska merila splošnega namena	pod 2m: potrebna samo prva overitev nad 2m: 2 leti,
Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	2 leti
Avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih	2 leti
Taksimetri	1 leto
HITROST	
Merilniki hitrosti v cestnem prometu	1 leto
KONCENTRACIJA	
Etilometri	1 leto
Refraktometri	1 leto
Merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na električni vžig	8 mesecev
Merila za merjenje izpušnih plinov motor. vozil na kompresijski vžig	1 leto