



Številka: 43008-11/2020/15

Datum: 1. 9. 2020

Naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) sprejme naslednjo

SPREMEMBO DOKUMENTACIJE II ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN005249/2020-W01

Dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti št. 43008-11/2020, katerega predmet dobava in montaža sistemov za merjenje telesne temperature, ki je bila objavljena na spletnih straneh državne uprave ter na Portalu javnih naročil dne 21. 8. 2020, se spremeni na sledeč način:

1. Stran 2, I. poglavje: Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe in zahteve naročnika, točka 2 Oznaka, predmet in obseg javnega naročila, druga alineja tretjega odstavka, se spremeni tako, da se po novem glasi:

"

- dobava in montaža prenosnega sistema s kalibracijskim telesom za merjenje telesne temperature in pripadajočo programsko opremo. Potrebuje se tudi delovna postaja in monitor ter stojalo za kamero in stojalo za kalibracijsko telo black body;"

2. Stran 17, IV. poglavje: Zahteve naročnika in tehnične specifikacije, točka 1. Uvod, druga alineja prvega odstavka, se spremeni tako, da se po novem glasi:

"

- dobava in montaža prenosnega sistema s kalibracijskim telesom za merjenje telesne temperature in pripadajočo programsko opremo. Potrebuje se tudi delovna postaja in monitor ter stojalo za kamero in stojalo za kalibracijsko telo black body;"

3. Stran 17, IV. poglavje: Zahteve naročnika in tehnične specifikacije, točka 2. Tehnične specifikacije, se spremenijo tako, da se po novem glasijo:

" Tehnične specifikacije morajo ustrezati najmanj naslednjim zahtevam:

Termalna slika

Pretvornik	VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Resolucija	384 x 288 px
Velikost piksla	17 µm
Spektralno območje	8 µm ~ 14 µm
Goriščna razdalja	9,7 mm
Toplotna občutljivost (NETD)	≤ 40 mK @ F1.2
Vidni kot	37,9° x 28,7° (H x V); možno odstopanje za do 0,5° na posamezno os

Vizualna slika

Slikovni senzor	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Ločljivost	1920 x 1080, 2 Mpx
Goriščna razdalja	4,4 mm - 10 mm F1,2
Vidni kot	96° ~ 43° x 68,7° ~ 32° (H x V)
Minimalna osvetljenost	Barvno: 0,001 Lux Črno-belo: 0,0001 Lux
WDR (wide dynamic range)	120 dB
DNR (digital noise reduction)	3D DNR

Mrežni protokoli

Mrežni protokol	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, upNp, SMTP, FTP, HTTPS, DNS, ARP, RTP, SNMP
Vmesniški protokol	ONVIF, GB28181

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet port
Alarm	2 vhoda, 2 izhoda
Zvočni vmesnik	1 vhod, 1 izhod, DNR
Kontrolni vmesnik	1 RS485
Shranjevanje	8 GB, 2 ločeni particiji/2 diska *program omogoča, da se podatki ne shranjujejo.

Merjenje temperature

Merilno območje	od 30°C do 45°C
Merilna natančnost	± 0,3°C z black bodyjem v notranjem prostoru pri 30°C ~ 45°C
Razdalja merjenja	Od 1 do 5 m

Zaznava obraza

Velikost slike obraza	32 x 32 @ 1080P, nastavljive možnosti
Zaznava obrazov	Min 100 obrazov na okvir

Splošni podatki

Napajanje	DC 12V/1,5A
Poraba energije	12W
Delovna temperatura	Od 20°C do 60°C (vlažnost 10%-90%)
Operacijski sistem	Windows 10
Ohišje	Kovinska
Barva	Bela
Dimenzije (DxŠxV)	89 mm x 261 mm x 132 mm; lahko odstopajo za do 40 mm
Podprti jezik	Angleški

Garancijski rok najmanj	36 mesecev
-------------------------	------------

Black Body

Napajanje	AC 220V
-----------	---------

Poraba energije	Max 260W
Natančnost merjenja	± 0,2°C
Temperatura delovanja	Od 0°C do 40°C
Emisivnost	0,97 ± 0,2
Območje sevanja	100 x 80 mm
Dimenzije (DxŠxV)	Max 195 mm x 150 mm x 110 mm
Teža	Max 3 kg

Prikazovanje

Slika	Visokoresolucijska termalna in vizualna slika
Meritve	Pod mejno temperaturo: zelen okvir obraza Nad mejno temperaturo: rdeč okvir obraza
Prikazovanje temperature	Opcijsko vklop/izklop
Povezljivost kamer	Do 9 kamer na 1 zaslon z ustreznim programom, ki ga zagotovi izbrani dobavitelj

4. Obrazec št. 2 - Predračun za JN št. 43008-11/2020, se spremeni tako, da se po novem glasi:

"OBRAZEC ŠT. 2

PREDRAČUN ZA JN ŠT. 43008-11/2020

PONUDBNIK (ime in naslov): _____

PONUDBA ŠT.: _____ z dne _____

Oprema in storitev	Količina	Skupna ponudbena vrednost brez DDV	___ % DDV	Skupna ponudbena vrednost z DDV
Statični sistem s kalibracijskim telesom za merjenje telesne temperature in pripadajočo programsko opremo ter njegova dobava in montaža	3 kompleti			
Prenosni sistem s kalibracijskim telesom za merjenje telesne temperature in pripadajočo programsko opremo, delovno postajo, monitorjem, stojalom za kamero in stojalom za kalibracijsko telo black body ter njegova dobava in montaža	1 komplet			

Statični sistem s kalibracijskim telesom za merjenje telesne temperature in pripadajočo programsko opremo, delovno postajo in monitorjem ter njegova dobava in montaža	1 komplet			
Skupaj				

Opomba (glej naslednjo stran):

Ponudnik mora v ponudbeni ceni upoštevati vse morebitne rabate in popuste. V ponujeni ceni naj bodo vključeni vsi stroški, povezani s predmetom naročila (t.j. vse stroške dobavljene opreme in montaže in vse potrebne nastavitve in namestitve, skrb za delovanje sistemov v času garancije, usposabljanje uporabnikov, potrebna inštalacija za montažo), plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, nočno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, prevoz, zavarovanje itd.).

Kraj in datum	Žig	Podpis pooblaščenice osebe ponudnika:

5. Obrazec št. 9 - Vzorec pogodbe, prvi odstavek 2. člena pogodbe, se spremeni tako, da se po novem glasi:

"Predmet pogodbe je dobava in montaža sistemov za merjenje telesne temperature, skladno z zahtevami naročnika in tehničnimi specifikacijami, in sicer:

- 3 x statični sistem s kalibracijskim telesom za merjenje telesne temperature in pripadajočo programsko opremo,
- 1 x prenosni sistem s kalibracijskim telesom za merjenje telesne temperature in pripadajočo programsko opremo, delovno postajo in monitorjem ter stojalom za kamero in stojalom za kalibracijsko telo black body,
- 1 x statični sistem s kalibracijskim telesom za merjenje telesne temperature in pripadajočo programsko opremo, delovno postajo in monitorjem."

Ostala določila dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Zgoraj navedeno se šteje kot sprememba dokumentacije za oddajo javnega naročila št. 43008-11/2020 (oznaka: JN005249/2020-W01).

Dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Prilogi:

- nov Obrazec št. 2: "Predračun za JN št. 43008-11/2020"
- nov Obrazec št. 9: "Vzorec pogodbe"

Objaviti na:

- spletni strani gov.si in
- Portalu javnih naročil.